Nombre del trámite:	Calibración Boquilla de Sonda por unidad
Descripción:	Consiste en verificar las características geométricas (diámetro, ángulo de la punta y ángulo trasversal) de la boquilla que se utiliza en las mediciones isocinéticas de material particulado proveniente de fuentes estacionarias.
Detalles:	---
Beneficiarios:	<ul style="list-style-type: none"> Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental autorizadas por la Superintendencia del Medio Ambiente. Laboratorios de medición y análisis de contaminantes atmosféricos provenientes de fuentes estacionarias autorizados por la Autoridad Sanitaria.
Documentos requeridos:	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de Calibración de Equipos de Medición de Contaminantes Atmosféricos. Comprobante de pago de la prestación respectiva
Paso a paso como realizar el trámite:	<ol style="list-style-type: none"> Completar el Formulario Solicitud de Calibración de Equipos de Medición de Contaminantes Atmosféricos y enviarlo al correo electrónico tecnologias@ispch.cl para coordinar fecha y hora para la entrega de los instrumentos a calibrar. Una vez realizada la coordinación de fecha y hora de entrega de los instrumentos, diríjase al Instituto, a la Sección Gestión de Productos y Servicios, ubicada en el segundo piso, edificio Atención a Clientes (Marathon #1000, Ñuñoa) de lunes a viernes de 8.30 a 13.00 hrs., para el pago de la Solicitud Realizado el pago, entregue los instrumentos a calibrar en el Laboratorio de Calibración de Equipos de la Sección Tecnologías en el Trabajo. Como resultado Ud. recibirá un certificado de calibración donde se indican los resultados y si estos cumplen con las especificaciones establecidas Método CH-5: Determinación de las Emisiones de Partículas desde Fuentes Estacionarias. En caso de que el equipo no cumpla con las especificaciones indicadas en el Método CH-5: Determinación de las Emisiones de Partículas desde Fuentes Estacionarias, el equipo será rechazado y el interesado tiene un plazo de 15 días hábiles para realizar las mejoras necesarias y solicitar una nueva revisión sin costo adicional. El Certificado será entregado junto al instrumento, directamente en el Laboratorio de Calibración de Equipos de la Sección de Tecnologías en el Trabajo. <p>Consultas vía online en plataforma OIRS https://siac.ispch.gob.cl/ES/AtencionCiudadana/OIRS</p>
Tiempo de realización	7 días hábiles
Vigencia:	La vigencia del Certificado de Calibración será de un año, considerando la fecha de emisión del mismo Certificado.
Costo:	Código prestación: 5241124
Marco legal:	<p>Decreto Supremo N° 2467/94 del Ministerio de Salud “Reglamento de Laboratorios de Medición y Análisis de emisiones atmosféricas provenientes de fuentes estacionarias.</p> <p>Método CH-5: Determinación de las Emisiones de Partículas desde Fuentes Estacionarias aprobado mediante Resolución Exenta N° 689 de fecha 30/07/2022 del Ministerio de Salud.</p> <p>Decreto Supremo N° 594 del Ministerio de Salud “Reglamento Sanitario sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo”.</p>

Actualización: 29-07-2025